

Tekliflerinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- 1-Teklifler **sadece BİLİMAP** üzerinden verilecektir. Firmaların/İsteklilerin BİLİMAP'a ivedilikle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- 2-Teklif mektubunun formatı idare tarafından belirlenen şekilde olmalıdır. İdare tarafından belirlenen formatta teklif sunmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif Mektuplarında **"şartnamenizi okudum aynen kabul ediyorum"** ibaresi bulunacaktır.
- 4-Teklif Mektubunda bildirilen **fiyatlar TL** cinsinden olacaktır.
- 5-Teklif Mektuplarında **teklif geçerlik süresi ve malzeme teslim tarihi** mutlaka belirtilecektir.
- 6-Teknik şartnamede **istenilen belgeler** mutlaka BİLİMAP'a yüklenip, ek isimleri belirtilecektir.
- 7-**Teknik Şartnameye Cevaplar** mutlaka bulunacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre **"evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.** Cevaplar BİLİMAP'A yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş olarak .PDF formatında yüklenecektir.

Yukardaki şartları sağlamayan teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

TEKNİK ŞARTNAME

KİSMİ TEKLİFE KAPALIDIR

Anti-Tubulin antibody [YL1/2] - Tirozinlenmiş tübülün primer antikoru

1. Monoklonal özellikte olmalıdır
2. Sıçandan elde edilmiş olmalıdır
3. YL1/2 klonu olmalıdır
4. İnsan, Fare, Sıçan örneklerinde kullanılabilir olmalıdır
5. Flow Cyt (Intra), WB, IHC-P, ICC/IF'de kullanımı doğrulanmış olmalıdır.
6. Sıvı biçiminde olmalıdır.
7. PH: 7,4 olmalıdır.
8. İzotip IgG2a olmalıdır.
9. Laboratuvarımızda daha önce kullanılmış olmalıdır.

Anti-Tubulin Detyrosinated Antibody-Detirozinlenmiş alfa tübülün primer antikoru

1. Detirozinlenmiş alfa tübülün proteinini tanımalıdır
2. Poliklonal özellikte olmalıdır
3. İnsan, fare ve sıçanda kullanılabilir olmalıdır
4. ICC ve Western blot çalışmalarında kullanabilir olmalıdır.
5. Afinite pürifikasyonu yapılmış olmalıdır
6. Sıçandan elde edilmiş olmalıdır.
7. 50 ug olacak şekilde temin edilmelidir.
8. Sıvı biçiminde olmalıdır.
9. Laboratuvarımızda daha önce kullanılmış olmalıdır.

Dynactin 1 (p150Glued) Primer antikor

1. Poliklonal olmalıdır.
2. Tavşandan elde edilmiş olmalıdır
3. İnsan, fare ve sıçan örnekleri ile çalışmaya uygun olmalıdır
4. Western blot ve IF çalışmalarına uygun olmalıdır.
5. Knock-down ile valide edilmiş olmalıdır.
6. Konsantrasyon 1 mg/mL olmalıdır.
7. 100 µL orijinal ambalajında gönderilmelidir.
8. Sıvı biçiminde olmalıdır.
9. 4°C'de saklanmalıdır.
10. Laboratuvarımızda daha önce kullanılmış olmalıdır

Pastör Pipeti

1. 3 ml hacminde olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Taksimatlı ve 26 damla/ml şeklinde olmalıdır
4. 150 mm uzunlukta olmalıdır.
5. Tek tek ambalaj halinde olmalıdır

Filtreli besiyeri hazırlama şişesi (Filter unit 500ml 0,2µm PES membrane)

1. Hücre kültürü uygulamaları için ideal olmalıdır.
2. 500 ml hacimde olmalıdır.
3. 0,2µm PES steril membran barındırmalıdır.
4. Filtrasyon tamamlandıktan sonra çözelti, ihtiyaç duyulana kadar toplama rezervuarında saklanabilmelidir.
5. Hücre kültürü ortamı, tamponlar veya diğer biyolojik sıvılar dahil olmak üzere sulu çözeltilerin vakumla filtrelenmesine yönelik sistemler için uygun olmalıdır.
6. Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Eldiven

1. Eldiven vinil ve pudra içermeyen malzemeden imal edilmiş olmaktadır ve small bedende olmalıdır.
2. Nitril olmalıdır
3. Non-steril olmalıdır.
4. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.
5. Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.
6. Ürün birimimize teslim edildikten sonra son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır.

Doç. Dr. Gamze BORA AKOĞLU

