

Tekliflerinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- 1-Teklifler **sadece BİLİMAP** üzerinden verilecektir. Firmaların/İsteklilerin BİLİMAP'a ivedilikle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- 2-Teklif mektubunun formatı idare tarafından belirlenen şekilde olmalıdır. İdare tarafından belirlenen formatta teklif sunmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif Mektuplarında **"şartnamenizi okudum aynen kabul ediyorum"** ibaresi bulunacaktır.
- 4-Teklif Mektubunda bildirilen **fiyatlar TL** cinsinden olacaktır.
- 5-Teklif Mektuplarında **teklif geçerlik süresi ve malzeme teslim tarihi** mutlaka belirtilecektir.
- 6-Teknik şartnamede **istenilen belgeler** mutlaka BİLİMAP'a yüklenip, ek isimleri belirtilecektir.
- 7-**Teknik Şartnameye Cevaplar** mutlaka bulunacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre **"evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.** Cevaplar BİLİMAP'A yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş olarak .PDF formatında yüklenecektir.

Yukardaki şartları sağlamayan teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

TEKNİK ŞARTNAME

2,3,4,5 ve 6 nolu kalemler kısmi tekliflere kapalıdır.

1- INERTCORE PLUS C18 HPLC KOLONU

- i. Kolon dolgu maddesi Solid Core, Superficially Porous Particle (Core-Shell) özelliğinde olmalıdır.
- ii. Kolon dolgu maddesi ODS – C18 fonksiyonel grubuna sahip olmalıdır.
- iii. Kolon dolgu maddesi Silika materyalinin partikül boyutu 2.6 µm (2.6 mikrometre), partikül şekli küresel olmalıdır.
- iv. Kolonun uzunluğu 10cm (100mm), iç çapı 2.1 mm olmalıdır.
- v. Kolon dolgu maddesinin spesifik yüzey alanı 200 m²/g olmalıdır.
- vi. Kolon dolgu maddesinin por boyutu 90 Å olmalıdır.
- vii. Kolon dolgu maddesinin Karbon yükü %15 olmalıdır.
- viii. Kolonun çalışabileceği pH aralığı 1 - 10 arasında olmalıdır.
- ix. Kolonun maksimum çalışma basıncı 100 MPa olmalıdır.
- x. Kolon ters faz özellikli olarak da kullanılabilir.
- xi. Yukarıda belirtilen özellikler kolonla beraber verilecek katalogta belirtilmelidir.
- xii. Kolonun satışını yapacak firmanın, kolon üreticisinin ülkedeki tek yetkili distribütörü olduğuna dair belgeye sahip olması gerekir.
- xiii. Kolonla beraber kalite kontrol belgesi ve kullanım kılavuzu da verilmelidir.
- xiv. Ürünün kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim sağlanmalıdır.

2- DICHLOROMETHANE PURISS., MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF PH. EUR., NF, ≥99% (GC)

- i. %99 saflıkta olmalı, gaz kromatografi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- ii. Net 2,5 lt olmalıdır.
- iii. Orijinal ambalaj açılmamış ve hava almamış olmalı.
- iv. Kutu üzerinde orijinal içeriğini, acil durumlarda alınması gereken tedbirleri ve risk ibarelerini belirten etiket taşımalıdır.
- v. Çin menşeli ve uzak doğu ürünler kabul edilmeyecektir.
- vi. Ürünün kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim sağlanmalıdır.

3-Su (MS grade):

- i. Mass spektrometrede kullanıma uygun olmalıdır.
- ii. Mass spektrometrede kullanıma uygun olduğu ürünün üzerinde belirtilmelidir.
- iii. 2,5 litre hacimde olmalıdır.
- iv. Ürünün kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim sağlanmalıdır.

4-tüp - mikrosantrifüj - P.P - 1,5 ml (500 /paket)

- i. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır
- ii. 1,5 ml hacimde olmalıdır.
- iii. Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.
- iv. Kapağı düzgün ve tam kapanabilen ve kapak kapalıyken içerisindeki sıvıyı sızdırmayan yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Yeşim Er Öztas
Yeşim Öztas

- v. 500 adet t p i eren ambalajlarda olmalıdır.
- vi. 1 paket olmalıdır.
- vii.  zerinde yazı yazma, i aretleme i in rodajlı b l m  bulunması tercih edilir.
- viii.  r n n kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim saėlanmalıdır.

5-T p - santrif j - cam - konik tabanlı - dereceli (1 PAKET = 10 ADET)

- i. N tr camdan  retilmi  olmalıdır.
- ii. 16X100 mm boyutlarında olmalıdır.
- iii. Et kalınlıėı 1-1.1 mm olmalıdır.
- iv. Santrif jlenmeye uygun konik tabanlı olmalıdır.
- v. Dereceli olmalıdır.
- vi. 10 adet t p i eren ambalajda olmalıdır.
- vii. 1 paket olmalıdır.
- viii.  r n n kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim saėlanmalıdır.

6-T p - santrif j - cam - konik tabanlı - derecesiz (1 PAKET = 100 ADET)

- i. N tr camdan  retilmi  olmalıdır.
- ii. 16X100 mm boyutlarında olmalıdır.
- iii. Et kalınlıėı 1-1.1 mm olmalıdır.
- iv. Santrif jlemeye uygun konik tabanlı olmalıdır.
- v. Derecesiz olmalıdır.
- vi. 100 adet t p i eren ambalajda olmalıdır.
- vii. 1 paket olmalıdır.
- viii.  r n n kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim saėlanmalıdır.

7-Vial ve kapak  zellikleri:

- i. 11 mm aėız bo luėu olmalıdır.
- ii. Vida kapaklı olmalıdır.
- iii. 1,5-2 mL hacimli olmalıdır.
- iv. Cam olmalıdır.
- v. Kapaklarlar vial ile uyumlu olmalıdır. Yarıklı olmamalıdır.
- vi. 2 paket olmalıdır.
- vii.  r n n kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim saėlanmalıdır.

8- sert  zellikleri:

- i. Cam olmalıdır.
- ii. Hacmi 200 ul olmalıdır.
- iii. Silillenmi  olmalıdır
- iv. 2 paket olmalıdır.
- v.  r n n kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim saėlanmalıdır.

Quesim "atar