

Tekliflerinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- 1-Teklifler **sadece BİLİMAP** üzerinden verilecektir. Firmaların/İsteklilerin BİLİMAP'a ivedilikle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- 2-Teklif mektubunun formatı idare tarafından belirlenen şekilde olmalıdır. İdare tarafından belirlenen formatta teklif sunmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif Mektuplarında "**şartnamenizi okudum aynen kabul ediyorum**" ibaresi bulunacaktır.
- 4-Teklif Mektubunda bildirilen **fiyatlar TL** cinsinden olacaktır.
- 5-Teklif Mektuplarında **teklif geçerlik süresi ve malzeme teslim tarihi** mutlaka belirtilecektir.
- 6-Teknik şartnamede **istenilen belgeler** mutlaka BİLİMAP'a yüklenip, ek isimleri belirtilecektir.
- 7-**Teknik Şartnameye Cevaplar** mutlaka bulunacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "**evet-hayır**" "**okundu-anlaşıldı**" ifadeleri yerine her maddeye uygun **cevaplar verilecektir.** Cevaplar BİLİMAP'A yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş olarak .PDF formatında yüklenecektir.

Yukardaki şartları sağlamayan teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Teknik Şartname

Gerçekleştirilecek olan deney düzeneğinde, kimyasalların ve plakaların, hücrelere ve cihazlara uyumunun sağlanması amacıyla, aşağıdaki 2 kalem ürün için kısmi teklife kapalı bir şekilde ihaleye çıkılacaktır. Her iki ürün için de şartların sağlanması gerekli olup, iki ürün için de fiyat verilmelidir.

Tek basamaklı Lusiferaz Assay Sistemi

- 1- Tek basamaklı lusiferaz assay sistemi, transgenik lusiferaz ifadesi olan memeli hücre kültüründe firefly lusiferaz aktivitesinin yüksek verimli, hassas niceliksel ölçümü için tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Reaktif iki bileşenden oluşmalıdır:
- 3- Bileşen 1 ve Bileşen 2, hücre lizisi ve lusiferaz miktarının belirlenmesi için gerekli tüm reaktifleri içeren çalışma solüsyonu oluşturmak üzere birleştirilir olmalıdır.
- 4- Sinyal iki saatten fazla stabil kalmalı ve inkübasyon süresine ilişkin olarak esneklik sağlamalıdır.
- 5- Sistemin protokolü yüksek verimli tarama uygulamalarını desteklemek ve işlem adımlarını en aza indirmek için basit tek adımlı, homojen protokolü olmalıdır.
- 6- Sistem %0-10 serum ve fenol kırmızısı içeren çeşitli yaygın ortamlarla çalışabilmelidir.
- 7- Sistem enjektörlü bir luminometer gerektirmeden çalışabilmelidir.
- 8- Ürün içeriği şu şekilde olmalıdır:
 - Bileşen 1, 2 adet x 50 mL
 - Bileşen 2, 2 adet 500 µl
- 9- Kit, 96'lı plakalarda her biri 100 µl'lik 5000 test gerçekleştirmek için yeterli reaktif içermelidir.
- 10- Kit en az 70 bilimsel makalede referans olarak gösterilmiş olmalıdır.
- 11- Kit, uygun saklama koşullarında (soğuk zincir) ve bizzat firma tarafından teslimi yapılmalıdır.
- 12- Teklif veren firma üretici firmanın yetkili Türkiye distribütörü olmalıdır ve ihaleden önce yetki belgelerini sunmalıdır.
- 13- Laboratuvarımızda daha önce kullanılmamış ürünler için ihale öncesi numune gönderilmiş ve onay alınmış olmalıdır.

96-Well clear Flat Bottom white Chimney Style Non-binding Microplates

- 1- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
- 2- DNase, RNase ve insan DNA'sı içermemelidir.
- 3- Plakalar 96 kuyucuklu olmalıdır.
- 4- ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.
- 5- Bir kutu da 40 adet plaka olmalıdır.
- 6- Kuyucuk şekilleri yassı olmalıdır.
- 7- Uygun saklama koşullarında ve bizzat firma tarafından teslimi yapılmalıdır.
- 8- Teklif veren firma üretici firmanın yetkili distribütörü olmalıdır ve ihaleden önce yetki belgelerini sunmalıdır.
- 9- Laboratuvarımızda daha önce kullanılmamış ürünler için ihale öncesi numune gönderilmiş ve onay alınmış olmalıdır.

Jasen Güntekin Ege
Jasen