

Tekliflerinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- 1-Teklifler **sadece BİLİMAP** üzerinden verilecektir. Firmaların/İsteklilerin BİLİMAP'a ivedilikle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- 2-Teklif mektubunun formatı idare tarafından belirlenen şekilde olmalıdır. İdare tarafından belirlenen formatta teklif sunmayan firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif Mektuplarında **“şartnamenizi okudum aynen kabul ediyorum”** ibaresi bulunacaktır.
- 4-Teklif Mektubunda bildirilen **fiyatlar TL** cinsinden olacaktır.
- 5-Teklif Mektuplarında **teklif geçerlik süresi ve malzeme teslim tarihi** mutlaka belirtilecektir.
- 6-Teknik şartnamede **istenilen belgeler** mutlaka BİLİMAP'a yüklenip, ek isimleri belirtilecektir.
- 7-**Teknik Şartnameye Cevaplar** mutlaka bulunacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre **"evet-hayır"** **"okundu-anlaşıldı"** ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. Cevaplar BİLİMAP'A yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş olarak .PDF formatında yüklenecektir.

Yukardaki şartları sağlamayan teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

14336

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL HÜKÜMLER

Özel koşullarda transferi gereken ürünler mutlaka gereken şartlarda taşınmalı ve teslim edilene kadar uygun koşullarda muhafaza edilmelidir (+4°C ve -20°C'de tutulması gereken malzemeler için), gerekip istendiğinde transfer ısı kaydı gösterilmelidir. Soğuk zincir taşınması gereken malzemeler transfer edilmeden önce mutlaka tarafımız bilgilendirilmelidir. Soğuk zincir kargo sürecinde taşımanın üzerine soğuk zincir ibaresi konulmalı ve bizzat firma tarafından teslimat yapılmalıdır. Uygun koşullarda ve firma tarafından teslim edilmeyen malzemeler kabul edilmeyecektir. Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren 12 aydan az olan malzemeler teslim alınmayacaktır.

Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

Belirtilen özellik dışında teklif edilen ürünler kabul edilmeyecektir.

1.Kalem için teknik şartname

HYALURONİDAZ ENZİMİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Hyaluronidaz Enzimi, flakon içerisinde % 100 steril olarak sunulmalıdır.
2. Hyaluronidaz Enzimi, alkol veya yağ bazlı çözücü içermemelidir. Koruyucu olarak paraben türevlerini içermemelidir.
3. Hyaluronidaz Enzimi, etken madde olarak her flakonda 1500 IU Hyaluronidaz içermelidir. Etken madde hayvansal kaynaklı olmamalıdır.
4. Hyaluronidaz Enzimi, liyofilize form yada hazır sıvı formda sunulmalıdır; son tüketim tarihi geçilmemek kaydıyla; sıvı flakon açıldıktan sonra, liyofize form hazırlandıktan sonra 6 ay süreli kullanıma uygun olmalıdır.
5. Raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.

2. Kalem için Teknik Şartname

ENJEKTE EDİLEBİLİR JEL FORMDA HYALURONİK ASİT DOLGU TEKNİK ŞARTNAME


1. Enjekte edilebilir jel 1mL hacimli enjektörde ve bu enjektör jele uygun kanül/iğne uç ile birlikte steril paketlerde bulunuyor olmalıdır.
2. Enjekte edilebilir jel steril, biyolojik olarak parçalanabilen, pirojenik olmayan, viskoelastik, berrak, renksiz, homojen yapıda olmalıdır.
3. Jel içeriği çapraz bağlı monofazik yapıda hyaluronik asitten oluşmalıdır.
4. Hayvan deneyine konu olan klinik tabloyu temsil edebilmesi için temin edilecek hyaluronik asit jel perioküler bölgede uygulamaya uygun düşük viskoziteli yapıda olmalıdır.

5. Temin edilecek hyaluronik asit jel marka ve formu daha önce klinik ve ya deneysel çalışmada kullanılmış olmalı ve çalışmaya ilişkin uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.
6. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak firma personeli tarafından teslim edilmedi.
7. Raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.

3. Kalem için Teknik Şartname

MİKROTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAME

1. 50 adetlik gruplar halinde otomatik sürücü kaseti içinde olacaktır. Orijinal dispenser kutusunda 50 adet bıçak bulunmalıdır
2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır
3. Bıçak ebatları standart ölçülerde 80x8x0.25 mm ve kesim ağzı açısı 35° olmalıdır.
4. Her bıçağın üzerinde üretici firmanın markası bulunmalıdır.
5. Farklı dokular için dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere sahip bıçaklar olacaktır
6. Kısa traşlama süresine sahip olmalıdır
7. Uzun bıçak ömrüne sahip olmalıdır
8. Teklif edilen bıçak üzerinde mutlaka markası belirtilmeli ve bu dış ambalajdaki ile aynı olmalıdır.
9. Laboratuarda standardı sağlamak için teklif veren firma kabul öncesinde numune olarak 10 adet bıçak getireceğini ve ürünün 1 paraffin bloktan en az 30 blok kesebileceğini taahhüt etmelidir.
10. Firma ürünün uygunluğunun gösterilmesi adına laboratuarda bizzat deneme yapacağını taahhüt etmelidir. Firma tarafından verilen teklif, bu denemenin yapılması ve uygunluğun teyit edilmesi sonrası onay açısından değerlendirilecektir.
11. Teklifin kabul edilmesi halinde; firma, kesit sonrasında kesememe , çabuk körelme gibi aksiliklerin firma tarafından laboratuarda bizzat bulunarak çözüleceğini, sorun çözülemediği takdirde yeni ürünle değişim sağlayacağını taahhüt etmelidir.


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Hakan UZUN
Dip.No:04392052 Dip.Tes.No: 118801
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A