

Tekliflerinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- 1-Teklifler **sadece BİLİMAP** üzerinden verilecektir. Firmaların/İsteklilerin BİLİMAP'a ivedilikle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- 2-Teklif mektubunun formatı idare tarafından belirlenen şekilde olmalıdır. İdare tarafından belirlenen formatta teklif sunmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif Mektuplarında **"şartnamenizi okudum aynen kabul ediyorum"** ibaresi bulunacaktır.
- 4-Teklif Mektubunda bildirilen **fiyatlar TL** cinsinden olacaktır.
- 5-Teklif Mektuplarında **teklif geçerlik süresi ve malzeme teslim tarihi** mutlaka belirtilecektir.
- 6-Teknik şartnamede **istenilen belgeler** mutlaka BİLİMAP'a yüklenip, ek isimleri belirtilecektir.
- 7-**Teknik Şartnameye Cevaplar** mutlaka bulunacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre **"evet-hayır"** **"okundu-anlaşıldı"** ifadeleri yerine **her maddeye uygun cevaplar verilecektir.** Cevaplar BİLİMAP'A yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş olarak .PDF formatında yüklenecektir.

Yukardaki şartları sağlamayan teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

14766

Amonyum Testi Teknik Şartnamesi (LCK302)

1. Kitin ölçüm aralığı 47 – 130 mg/L NH₄-N / 60 – 167 mg/L NH₄ olmalıdır.
2. Her bir test gereken tüm kimyasalları içeren ayrı tüpler şeklinde olmalıdır.
3. Bu tüplerin çapı 13mm olmalıdır.
4. Kit barkodlu olmalı ve CADAS model spektrofotometremiz bu barkodu otomatik olarak okuyarak testi yapmalıdır.
5. Analiz metodu indofenolmavisi olmalıdır.
6. DIN 38406E5-1 / ISO7150-1'e paralel ölçüm yapılmalıdır.
7. Testte en fazla 0,2 ml numune gerekmektedir.
8. Analiz esnasında sahip olduğumuz spektrofotometremiz ve pipetimiz dışında sadece kite ihtiyaç duyulmalıdır.

Araker