

Tekliflerinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- 1-Teklifler **sadece BİLİMAP** üzerinden verilecektir. Firmaların/İsteklilerin BİLİMAP'a ivedilikle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- 2-Teklif mektubunun formatı idare tarafından belirlenen şekilde olmalıdır. İdare tarafından belirlenen formatta teklif sunmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif Mektuplarında **“şartnamenizi okudum aynen kabul ediyorum”** ibaresi bulunacaktır.
- 4-Teklif Mektubunda bildirilen **fiyatlar TL** cinsinden olacaktır.
- 5-Teklif Mektuplarında **teklif geçerlik süresi ve malzeme teslim tarihi** mutlaka belirtilecektir.
- 6-Teknik şartnamede **istenilen belgeler** mutlaka BİLİMAP'a yüklenip, ek isimleri belirtilecektir.
- 7-**Teknik Şartnameye Cevaplar** mutlaka bulunacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre **"evet-hayır" "okundu-anlaşıldı"** ifadeleri yerine **her maddeye uygun cevaplar verilecektir.** Cevaplar BİLİMAP'A yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş olarak .PDF formatında yüklenecektir.

Yukardaki şartları sağlamayan teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Patient Care Simulator TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ Eklemleri hareketli, genel hasta bakım mankeni olmalıdır.
- ✓ Saç bakımı için peruk ile birlikte teslim olunmalı ve manken cerrahi giysi uygulamalarına elverişli olmalıdır.
- ✓ Göze müdahale uygulamaları için göz yuvalarına yerleşik gözlere sahip olmalıdır.
- ✓ Kulak damlası uygulamaları ve kulak yıkamaları için kulak kanalı bulunmalıdır.
- ✓ Damariçi, kasiçi, deri altı enjeksiyonları ve derialtı uygulamaları yapılabilmelidir.
- ✓ Burun ve ağızdan sonda uygulamalarına elverişli olmalıdır.
- ✓ Kolostomi, ileostomi ve batın bakım ve yıkamalarına uygun olmalıdır.
- ✓ Kollarda ve bacaklarda iki yanlı kas içi enjeksiyon uygulama alanlarına sahip olmalıdır.
- ✓ Değiştirilebilir nitelikte cinsiyet organlarıyla erkek/kadın kateterizasyonuna elverişli yapıda olmalıdır.
- ✓ Sonda (enema) uygulaması yapılabilmelidir.
- ✓ Dekübitüs ülserleri bulunmalıdır. Yara bakımı yapılabilmelidir.
- ✓ Ülserleşmiş ayak yapısı bulunmalıdır.
- ✓ Gerçeğe benzer dil, trake ve küçük dil yapısıyla yumuşak bir havayolu özelliği taşınmalıdır.
- ✓ Göğüsün inip kalkma özelliği olmalı ve ventilasyon uygulamaları yapılabilmelidir.

- ✓ Ağız ve burundan entübasyona elverişli bulunmalıdır.
- ✓ Soluk borusundan suctioning uygulanabilmelidir.
- ✓ NP/OP sondaları takılabilmelidir.
- ✓ Yedi adet değiştirilebilir meme yapısı ile palpasyon ve muayeneye elverişli olmalı; kronik mastitisis, selim büyüme, carcinoma ve "portakal görünümlü deri", büyük sarcoma, scirrhus carcinoma, lenfalik drenaj sistemi, ana meme kası üzerinde hareketli süt bezleri ile özellik taşımalıdır.
- ✓ Kalp ve akciğer sesleri işitilebilmeli; çeşitli kalp ve akciğer sesleri bir steteskop yardımıyla fark edilebilmelidir.
- ✓ Dıştaki bir hoparlör sistemi ile sesler sınıf ortamına aktarılabilmelidir.
- ✓ Tansiyon kolu bulunmalı; sistolik ve diastolik değerler ayarlanabilmelidir. Öskültasyon aralığı ve ayarlanabilir nabız özellikte bulunmalıdır.
- ✓ Vajinal yıkama ve PAP Smear uygulamaları yapılabilmelidir.
- ✓ İki parmakla muayene, normal ve hamile rahim palpasyonu, vajina muayenesi, spekulum uygulaması, normal ve anormal serviks özelliklerinin görsel tanımlaması, rahim sesleri uygulamaları mümkün olabilmelidir.
- ✓ Geriatrik Yüz Görünümü Aksesuarı ile hızlı ve kolay bir şekilde geriatrik hastaya dönüşebilmelidir.
- ✓ Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
- ✓ İmalat kusurlarına karşı (2) yıl garanti içermelidir.
- ✓ Üreticinin Türkiye'de yetkili distribütörü bulunmalıdır.

