

Tekliflerinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- 1-Teklifler **sadece BİLİMAP** üzerinden verilecektir. Firmaların/İsteklilerin BİLİMAP'a ivedilikle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- 2-Teklif mektubunun formatı idare tarafından belirlenen şekilde olmalıdır. İdare tarafından belirlenen formatta teklif sunmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif Mektuplarında **"şartnamenizi okudum aynen kabul ediyorum"** ibaresi bulunacaktır.
- 4-Teklif Mektubunda bildirilen **fiyatlar TL** cinsinden olacaktır.
- 5-Teklif Mektuplarında **teklif geçerlik süresi ve malzeme teslim tarihi** mutlaka belirtilecektir.
- 6-Teknik şartnamede **istenilen belgeler** mutlaka BİLİMAP'a yüklenip, ek isimleri belirtilecektir.
- 7-Teknik Şartnameye Cevaplar** mutlaka bulunacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre **"evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.** Cevaplar BİLİMAP'A yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş olarak .PDF formatında yüklenecektir.

Yukardaki şartları sağlamayan teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

TEKNİK ŞARTNAME

Genel Hükümler

1. Ürünlerin ikisi de Q-Exactive cihazı ile uyumlu olması gerektiği için kısmi teklife kapalıdır. Tüm ürünlere birlikte fiyat verilmelidir.
2. Çalışmanın aciliyeti bakımından ürün teslimat süresi 5 günü geçmemelidir.

Stainless Steel Emitters Teknik Özellikler

1. Ürünler Q-Exactive cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ürünlerin sertifikaları ürün teslimatı sırasında verilmelidir.
3. Ürün elektropolisaj yapılmış paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün O.D. değeri 150µm, I.D. değeri 30µm olmalıdır.
5. Ürünün boyu 40mm olmalıdır.
6. Her bir emitter, kurulumu kolaylaştırmak için bir microsleeve içine gömülmüş olmalıdır.
7. Ürün DirectJunction adaptörü ile Proxeon iyon kaynağına uyumlu olmalıdır.
8. Teklif verilen ürün kullanılacak laboratuvar da daha önce denenmiş olmalı veya daha önce denenmemiş olan ürünler için numune sağlanmalıdır.
9. Ürün teslimat süresi 5 günü geçmemelidir.
10. Ürünün hasarlı/hatalı gelmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir.
11. Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.
12. Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

PEPMAP C18 Kolon Teknik Özellikleri

1. Ürünler Q-Exactive cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ürünlerin sertifikaları ürün teslimatı sırasında verilmelidir.
3. C18 kolonun ölçüleri 75um X 250 mm olmalıdır.
4. Kolonun maksimum basıncı 1200 Bar olmalıdır.
5. Yüzey alanı 450 m²/g olmalıdır.
6. Karbon yükü %15 olmalıdır.
7. Partikül boyutu 2 µm olmalıdır.
8. Por boyutu 100 Å olmalıdır.
9. Fused silika materyalden üretilmiş olmalıdır.
10. Kolon tipi ters faz olmalıdır.
11. Teklif verilen ürün kullanılacak laboratuvar da daha önce denenmiş olmalı veya daha önce denenmemiş olan ürünler için numune sağlanmalıdır.
12. Ürün teslimat süresi 5 günü geçmemelidir.
13. Ürünün hasarlı/hatalı gelmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir.
14. Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.
15. Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

Burcu Bal